

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-I72-2014
 RELATIVA A LA:
 "LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:30 HORAS, DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, COLONIA ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PRESIDENTE EN ESTE ACTO; DR. MIGUEL ÁNGEL CHAVEZ MARTÍNEZ, JEFE DEL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL PEDIDO; LIC. ADRIÁN SALAZAR SEPULVEDA REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS; A EFECTO DE CONTINUAR CON EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO DEL NUMERAL III.12. DE LA CONVOCATORIA. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS MANIFIESTA QUE FUE ASISTIDO POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, JEFE DEL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL PEDIDO, EL CUAL SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, ASI MISMO, SE INFORMA QUE LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FUERON CONSTESTADAS POR EL PRESIDENTE DE ESTE ACTO. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, MANIFIESTA QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL III.12. DE LA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	CORPORACIÓN ANALÍTICA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	4
2	DICIPA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	27
3	TERUMO BCT MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	1
4	ABALAT, S.A. DE C.V.	COMPRANET	1

ACTO SEGUIDO LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS QUE PRESIDE ESTE ACTO PROCEDIÓ A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. -----

ACLARACIÓN 1. ANEXO TÉCNICO APARTADO I. INMUNOHEMATOLOGIA Y PRUEBAS CRUZADAS, CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS, PUNTO 1 PÁRRAFO 9, **DICE:** POSIBILIDAD DE TRABAJAR CON TARJETAS Y MICROPLACA AL MISMO TIEMPO. -----

DEBE DECIR: EL EQUIPO DEBE DE TRABAJAR CON TARJETAS DE GEL. -----

ACLARACIÓN 2. ANEXO TÉCNICO APARTADO I. INMUNOHEMATOLOGIA Y PRUEBAS CRUZADAS CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS, INCISO B) **DICE:** TARJETA PARA DETERMINAR ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH (FENOTIPO C, C, E, E), INCLUYE DILUYENTE CON CAJA CON 48 TARJETAS PARA 96 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. -----




ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA

No. LA-012NBU999-I72-2014

RELATIVA A LA:

"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

DEBE DECIR: B) TARJETA PARA DETERMINAR ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH (FENOTIPO C, C, E, E), INCLUYE DILUYENTE CON CAJA CON 50 TARJETAS PARA 100 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO.-----

REALIZADAS LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS Y A SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, INDICANDO A LOS ASISTENTES QUE UNA VEZ QUE SE TERMINE DE DAR LECTURA A LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.-----

1) CORPORACIÓN ANALÍTICA, S.A. DE C.V.:

PREGUNTA 1). PUNTO V.2 FORMAS DE EVALUACIÓN PÁGINA 18. LOS BIENES OBJETOS DE ESTA LICITACIÓN SERÁN ADJUDICADOS POR PARTIDA ÚNICA, AL LICITANTE QUE HABIENDO CUMPLIDO. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ADJUDICACIÓN POR PARTIDA ÚNICA A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE PÁRRAFO, SE REFIERE LOS SIGUIENTES RUBROS? I. PARTIDA ÚNICA DE INMUNOHEMATOLOGÍA Y PRUEBAS CRUZADAS, II. PARTIDA ÚNICA DE EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS Y III. PARTIDA ÚNICA DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA BANCO DE SANGRE.-----

RESPUESTA. NO, SE PRECISA QUE EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA CONSTA DE UNA PARTIDA ÚNICA, LA CUAL SERÁ ADJUDICADA DE FORMA INTEGRAL A UN SOLO LICITANTE POR LO QUE LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DEBERÁN DE OFERTAR EL 100% DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.-----

PREGUNTA 2). PUNTO V.4.1 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN PÁGINA 20. LA PROPOSICIÓN QUE HAYA OBTENIDO EL MEJOR RESULTADO EN LA EVALUACIÓN COMBINADA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, CONSIDERANDO AQUELLA QUE PROPUESTA QUE OBTenga EL MEJOR RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA O DE PONDERACIÓN QUE PUEDA ALCANZARSE U OBTENERSE DE CADA UNO DE LOS RUBROS Y SUBRUBROS ESTABLECIDOS. A) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE PODRÁ PARTICIPAR CON CUALQUIERA DE LOS RUBROS (PARTIDA ÚNICA) DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN QUE SE OBLIGATORIO OFERTAR TODOS LOS RUBROS PARA PODER OBTENER UNA ADJUDICACIÓN? EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA. B. PIDO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SI COMO RESULTADO DE PARTICIPAR SOLO EN UNA DE LOS RUBROS SE NOS TOMARÁ EN CUENTA PARA LA SUMATORIA EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA QUE ESTAMOS PRESENTANDO EL 100% DE LOS CATÁLOGOS, REGISTROS SANITARIOS, CARTAS DE APOYO Y DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO Y NO UN MENOR PORCENTAJE POR NO PARTICIPAR CON TODOS LOS RUBROS DE LA PRESENTE LICITACIÓN?-----

RESPUESTA. SE REITERA AL LICITANTE QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL 100% DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, EL LICITANTE QUE NO PRESENTE ALGUNO DE LOS RUBROS O SUBRUBROS INDICADOS EN EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA, NO OBTENDRÁ EL PUNTAJE DETERMINADO, LO CUAL SE REFLEJARA EN LA SUMATORIA TOTAL DE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.-----

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-I72-2014
RELATIVA A LA:
"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

PREGUNTA 3). PUNTO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. NUMERAL 5) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Ó DISTRIBUIDOR PRIMARIO DE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO (SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA POR MARCA Y DISTRIBUIDOR) ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE SI DOS LICITANTES PRESENTAN CARTA DE APOYO DE UNA LA MISMA MARCA ¿SE DESECHARÁN AMBAS PROPUESTAS DEBIDO A QUE SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA POR MARCA? -----

RESPUESTA. NO ES CORRECTO, SE REFIERE A QUE LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN OFERTAR UNA MARCA POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. NUMERAL 5). -----

PREGUNTA 4). PUNTO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. NUMERAL 9) EL CERTIFICADO Y/O ACREDITACIÓN CON EL QUE ACREDITE QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ¿DICHO CERTIFICADO Y/O ACREDITACIÓN DEBE ESTAR EXPEDIDO A NOMBRE DEL FABRICANTE O DEL LICITANTE? -----

RESPUESTA. EL CERTIFICADO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE PARTICIPANTE. --

2) DICIPA, S.A. DE C.V.:

PREGUNTA 1). B).- DE CARÁCTER TÉCNICO PREGUNTAS 1) VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. PUNTO 6. CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS ORIGINALES O COPIA DE IMPRESIONES DIGITALES DEL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL DE LOS INSUMOS Y EQUIPO REQUERIDOS PARA LOS NUMERALES I. INMUNOHEMATOLOGÍA Y PRUEBAS CRUZADAS Y II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE AFÉRESIS (LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA, SIN EMBARGO SERÁ CONSIDERADO PARA ACREDITAR EL PUNTAJE CORRESPONDIENTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL V.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN) **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS MANUALES, DEBIDAMENTE REFERENCIADAS CON TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE PRESENTAR IMPRESIÓN DE CATALOGOS Y HOJAS DE MANUALES, SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE VERIFICAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE SE SOLICITAN Y SE PRECISA QUE DEBERÁ ENTREGAR UNA COPIA ELECTRÓNICA EN CD DEL MANUAL COMPLETO PARA CORROBORAR LAS CARACTERÍSTICAS REFERENCIADAS O UTILIZADAS. -----

PREGUNTA 2). VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. PUNTO 5. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO (SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA POR MARCA O DISTRIBUIDOR). **PREGUNTA:** SOLICITAMOS NOS ACLARE, ESTE PUNTO A QUE SE REFIERE. -

RESPUESTA: SE REFIERE A QUE LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN OFERTAR UNA MARCA POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. NUMERAL 5). -----

PREGUNTA 3). VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. PUNTO 6. CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS ORIGINALES O COPIA DE IMPRESIONES DIGITALES DEL

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-I72-2014
RELATIVA A LA:
"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL DE LOS INSUMOS Y EQUIPO REQUERIDOS PARA LOS NUMERALES I. INMUNOHEMATOLOGÍA Y PRUEBAS CRUZADAS Y II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE AFÉRESIS (LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA, SIN EMBARGO SERÁ CONSIDERADO PARA ACREDITAR EL PUNTAJE CORRESPONDIENTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL V.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN)
PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS MANUALES, DEBIDAMENTE REFERENCIADAS CON TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: YA SE RESPONDIÓ CON LA RESPUESTA DADA A SU PREGUNTA NÚMERO 1. ----

PREGUNTA 4). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. SELLADORES DIELECTRICOS PARA TUBOS DE PVC PORTÁTILES TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA 3 HRS PARA 1000 SELLOS. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR SELLADOR DIELECTRICO PORTÁTIL CON TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA POR 16 HORAS PARA 1500 SELLOS ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 5). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. SELLADORES DIELECTRICOS PARA TUBOS DE PVC PORTÁTILES TIEMPO DE SELLADO <1.5 SEGUNDOS CONTROLADO POR EL MICROCONTROLADOR. **PREGUNTA:** ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE A TIEMPO DE SELLADO <1.5 SEGUNDOS MICRO CONTROLADO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 6). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA. EL INCUBADOR DEBE SER CON PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO ¿SE PUEDE OFERTAR AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADOR CON PUERTA TRANSPARENTE?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO LA PUERTA DE ESTE EQUIPO SEA DE IGUAL O MAYOR RESISTENCIA Y VISIÓN QUE LA QUE OFRECE EL VIDRIO TEMPLADO, POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE. -----

PREGUNTA 7). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA CON LÁMPARA LIBRE DE PARPADEOS. **PREGUNTA:** ¿PODEMOS OFERTAR AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA CON LÁMPARA 14W CFL?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROVEEDOR PUEDA GARANTIZAR QUE DURANTE LA OPERACIÓN DE LA LÁMPARA NO PRESENTE NINGÚN TIPO DE PARPADEO.-----

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA

No. LA-012NBU999-I72-2014

RELATIVA A LA:

"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

PREGUNTA 8). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 0.5°C. **PREGUNTA:** ¿PODEMOS OFERTAR AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA, CON PANTALLA LED. PRECISIÓN DEL SENSOR DIGITAL +/- 0.5°C. RESOLUCIÓN DEL GRABADOR 1°C?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 9). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA, MOTOR USO RUDO. **PREGUNTA:** ¿PODEMOS OFERTAR AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA, CON MOTOR DE INDUCCIÓN CA?---

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 10). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFERESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. SISTEMA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA ESTÉRIL QUE CONECTA AUTOMÁTICAMENTE DOS TUBOS SIGUIENDO TRES SENCILLOS PASOS. **PREGUNTA:** ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE QUE EL CONECTOR ESTÉRIL CONECTA LINEAS DE TUBOS SIGUIENDO EL PROCESO DE CALENTAR LAMINA, CORTE Y SOLDADURA DE LÍNEAS? -----

RESPUESTA: SI, ES CORRECTO.-----

PREGUNTA 11). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. SISTEMA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA CON UNA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO QUE MUESTRA EL ESTADO DE LA OPERACIÓN, ASÍ COMO MENSAJES DE AYUDA PARA EL OPERADOR Y MENSAJES DE ERROR. **PREGUNTA:** ¿PODEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A PANTALLA LCD RETROILUMINADA LA CUAL PROPORCIONA INDICACIONES DEL ESTADO Y DEL FUNCIONAMIENTO? -----

RESPUESTA: SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE TENER PANTALLA Y MOSTRAR INDICACIONES.-----

PREGUNTA 12). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. CENTRÍFUGA PARA BOLSAS DE SANGRE COM MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO, UNIDAD DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS DE CARBÓN, CUENTA CON PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR HACE QUE SEA FÁCIL PARA PRE-ESTABLECER LA VELOCIDAD, EL VALOR DE RCF, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, DE TEMPERATURA, Y EL PERFIL DE ROTACIÓN (11 PERFILES DE ACELERACIÓN Y 11 CURVAS DE FRENADO), VISUALIZACIÓN DE LA VELOCIDAD Y RCF O EL MODO DE ENTRADA (ESTOS AJUSTES PODRAN SER MODIFICAR MIENTRAS LA CENTRÍFUGA ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO), CON CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: HABITACULO, CÁMARA DEL ROTOR, BANCADA, Y ANILLO DE PROTECCIÓN SON DE ALTA RESISTENCIA, ACERO DE ALTA CALIDAD. LA TAPA ESTÁ EQUIPADA CON UN PUERTO DE VISTA Y CERRADURA. QUE SÓLO PUEDE ABRIRSE MIENTRAS LA CENTRÍFUGA ESTÁ ACTIVADA Y EL ROTOR TIENE LLEGAR A UNA PARADO COMPLETO. LA CENTRÍFUGA NO SE PUEDE INICIAR HASTA QUE LA TAPA ESTÉ BIEN CERRADA. CON DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIO ELECTRÓNICO (TOLERANCIA DE 50 GRAMOS), VELOCIDAD MÁXIMA NMÁX 4700 RPM, CAPACIDAD MÁXIMA DE 12 BOLSAS

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-I72-2014
RELATIVA A LA:
"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

CUADRUPLES DE SANGRE DE 500 ML, VELOCIDAD MÍNIMA MÍN 300 RPM, TEMPERATURA MÍNIMA EN MUESTRA DE 4 °C 4700 RPM, VALOR MÁXIMO RCF EN NMAX 7340XG, DIMENSIONES ALTO 117.8 CM, ANCHO 80.0 CM, FONDO 90.5 CM. **PREGUNTA:** PODEMOS OFERTAR CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE CON OTRAS CARACTERÍSTICAS DIFERENTES A LAS SOLICITADAS PERO QUE SON IDEALES PARA SEPARAR COMPONENTES SANGUÍNEOS PARA SEIS BOLSAS. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIERE LA CENTRIFUGA CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 12 BOLSAS.-----

PREGUNTA 13). II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS OBTENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y SUS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS. KIT PARA RECAMBIO PLASMÁTICO: KIT DE AFÉRESIS DE DOBLE PUNCIÓN APLICABLE A PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO. EL MANEJO DEL VOLUMEN EXTRACORPÓREO NO ES MAYOR DE 185 ML., QUE INCLUYA O SE ADICIONE SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE 1000 ML PARA EL PURGADO DEL EQUIPO Y PARA REINFUSIÓN, 2 BOLSAS DE ANTICOAGULANTE DE 750 ML FORMULA ACD. **PREGUNTA:** ¿PODEMOS OFERTAR KIT PARA RECAMBIO PLASMATICO UNIPUNCIÓN?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. SIEMPRE Y CUANDO EL KIT QUE OFERTA SEA COMPATIBLE Y SE PUEDA UTILIZAR CON LA MÁQUINA DE AFÉRESIS TERAPÉUTICA PARA RECAMBIO PLASMATICO CON LA QUE CUENTA EL HOSPITAL.-----

PREGUNTA 14). III SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SOFTWARE. SOFTWARE 100% WEB (INTERNET, INTRANET). **PREGUNTA:** NOS PUEDE DEFINIR TÉCNICAMENTE ¿A QUE SE REFIERE CON SOFTWARE 100% WEB? YA QUE EL CONCEPTO ES MUY AMPLIO, EL SOFTWARE PUEDE SER ORIENTADO A WEB. ORIENTADO A WEB, NO PROCEDE, PORQUE LO IMPORTANTE DE UN SOFTWARE DE BANCO DE SANGRE ES LA FUNCIONALIDAD, LA EXPERIENCIA, Y QUE ESTE APEGADO A LA NORMA ACTUAL. -----

RESPUESTA: SE REFIERE A QUE DICHO SOFTWARE DEBERÁ TENER COMUNICACIÓN VÍA WEB CON OTROS BANCOS DE SANGRE.-----

PREGUNTA 15). III SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SOFTWARE. DESARROLLADO EN JAVA ENTERPRISE EDITION J2EE.-----

- INTERFACE DE USUARIO INDEPENDIENTE DEL NAVEGADOR (V2.0): FIREFOX, INTERNET EXPLORER, MOZILA. -----
- CON INTERACTIVIDAD MEDIANTE EL USO DE AJAX (ASYNCHRONOUS JAVASCRIPT AND XML) EVITANDO RECARGAS INNECESARIAS DEL INTERFACE DE USUARIO.
- USO DE JASPERREPORTS COMO HERRAMIENTA DE REPORTING MEDIANTE DOCUMENTOS PDF COMPATIBLES CON CUALQUIER CLIENTE HTTP. -----
- CON INDEPENDENCIA DEL REPOSITORIO ALTAMENTE ESCALABLE MEDIANTE EL USO DE HIBERNATE. -----
- QUE PERMITA CUALQUIER OTRO REPOSITORIO. EN CASO DE USARSE JBOSS SE DISPONE DE UNA OPTIMIZACIÓN ADICIONAL DEL RENDIMIENTO. -----

PREGUNTA: SOLICITAMOS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DESARROLLADO EN DIFERENTE LENGUAJE AL SOLICITADO, YA QUE LO IMPORTANTE EN UN SOFTWARE DE BANCO DE SANGRE ES LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-I72-2014
RELATIVA A LA:
"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

NO EL LENGUAJE EN EL CUAL ES DESARROLLADO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO EL LENGUAJE QUE OFERTE SEA DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS. -----

PREGUNTA 16). III SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SOFTWARE. QUE TRABAJE CON BASE DE DATOS: CON OPCIÓN DE INTEGRAR EN LA MISMA BASE DE DATOS MÓDULO DE BANCO DE SANGRE, BANCO DE CÉLULAS Y LABORATORIO. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS NOS ACLARE ¿COMO SERIA ESTA INTEGRACIÓN, YA QUE SON DIFERENTES SISTEMAS?-----

RESPUESTA: LA INTEGRACIÓN SE REFIERE A QUE EL SOFTWARE DEBERÁ CONTAR CON ESTAS TRES LIBRERIAS/OPCIONES EN EL MISMO PROGRAMA. -----

PREGUNTA 17). III SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SOFTWARE. -----

- CON OPCIÓN DE INTEGRACIÓN CON DISPOSITIVOS MÓVILES QUE PERMITEN LA COMPROBACIÓN DE LA TRANSFUSIÓN DEL PACIENTE. -----
- CON REGISTRO DE LA HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA TRANSFUSIÓN, RESPONSABLE, ASÍ COMO LAS POSIBLES REACCIONES TRANSFUSIONALES O PROBLEMAS RELACIONADOS. -----
- QUE PERMITA REFLEJAR LA RAZÓN POR LA QUE UNA BOLSA HAYA SIDO DEVUELTA SIN TRANSFUNDIR. -----
- CON GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS EFECTOS INDESEABLES EN LA DONACIÓN DE SANGRE, LA SEROCONVERSIÓN EN DONANTES DE SANGRE, LAS INFECCIONES POSTRANSFUSIONALES, ASÍ COMO OTROS EFECTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA TRANSFUSIÓN. -----

PREGUNTA: ¿NOS PUEDE ACLARAR SI CON ESTOS PUNTOS ESTAN SOLICITANDO UN SISTEMA DE HEMOVIGILANCIA O SOLO QUE SEA INTERFASABLE CON HEMOVIGILANCIA? ----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE SE REQUIERE UN MÓDULO DE HEMOVIGILANCIA, QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE SANGRE. -----

PREGUNTA 18). III SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE. **PREGUNTA:** NOS PUEDE CONFIRMAR ¿SON CORRECTAS LAS CANTIDADES INDICADAS DE HARDWARE? -----

RESPUESTA: SI, SON CORRECTAS. -----

PREGUNTA 19). 3.- CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ENTREGA. EL LICITANTE ADJUDICADO CONTARÁ DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE Y EN SU CASO, PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. **PREGUNTA.** SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PLAZO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE Y EN SU CASO, PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE A 60 DÍAS NATURALES ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE PRECISA QUE EL TIEMPO MÁXIMO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES SERÁ DE 40 DÍAS NATURALES.-----

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA

No. LA-012NBU999-I72-2014

RELATIVA A LA:

"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

PREGUNTA 20). EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA REQUIERE LOS SIGUIENTES INSUMOS Y EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE TRASFUSIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES SIGUIENTES: SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. INMUNOHEMATOLOGIA MUESTREADOR ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA DARLE LA MÁXIMA SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS. EL PROCESADOR REALIZA AUTOMÁTICAMENTE TODO EL PROCESO DE DILUCIÓN, DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS, Y LA INCUBACIÓN A LA TEMPERATURA CORRESPONDIENTE. FACILIDAD DE MANEJO, SÓLO NECESITA SELECCIONAR LA PRUEBA A REALIZAR, INTRODUCIR LAS MUESTRAS EN SU TUBO PRIMARIO Y LAS TARJETAS CON EL CÓDIGO DE BARRAS, Y AL CONFIRMAR EN EL TECLADO COMIENZA EL PROCESO. POSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER TAMAÑO DE TUBO PRIMARIO. PREPARACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DE LAS SUSPENSIONES DE ERITROCITOS DE PACIENTES Y DONANTES. PERFORACIÓN DE LA LÁMINA DE LAS TARJETAS AL AÑADIR LAS SUSPENSIONES DE HEMATÍES, EL SUERO O PLASMA, Y LOS REACTIVOS NECESARIOS EN CADA PRUEBA PARA EVITAR CONTAMINACIONES. INCUBACIÓN DE LAS TARJETAS A LA TEMPERATURA ADECUADA: 37°C O 25°C. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS POR CÓDIGO DE BARRAS. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE TARJETA POR CÓDIGO DE BARRAS CON CONTROL DE LOTES Y CADUCIDADES, NO SIENDO POSIBLE UTILIZAR UNA TARJETA NO ADECUADA PARA UNA DETERMINADA PRUEBA. POSIBILIDAD DE TRABAJAR CON TARJETAS Y MICROPLACA AL MISMO TIEMPO. IMPRESIÓN DE IMÁGENES CON LA INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO. INTERFASE BIDIRECCIONAL PARA CONECTARSE CON UNA COMPUTADORA CENTRAL. SOFTWARE GRÁFICO AUTOEXPLICATIVO EN ESPAÑOL (AMBIENTE WINDOWS). **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO AUTOMATIZADO CON LA TECNOLOGÍA DE ESFERAS DE VIDRIO CON LAS SIGUIENTES VENTAJAS: TIEMPOS DE CENTRIFUGACIÓN MENORES MAYOR SENSIBILIDAD CARGA CONTINUA REAL Y CARGAS DE PROCESAMIENTO REALES LAS TARJETAS O CASSETTES SE PUEDEN CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE LAS TARJETAS O CASSETTES NO REQUIEREN PRECENTRIFUGACION PARA UTILIZARLAS ASI MISMO, EL EQUIPO A OFERTAR CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGÍA DE AGLUTINACIÓN DE COLUMNA EL ANALIZADOR ESTÁ DISEÑADO PARA AUTOMATIZAR LAS PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS IN-VITRO UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE CASSETTES. LA TECNOLOGÍA DE CASSETTES DE ESTÁ COMPUESTA POR MICRO ESFERAS DE VIDRIO LOS CUALES ACTÚAN COMO UN FILTRO ATRAPANDO LAS CÉLULAS AGLUTINADAS Y A LA VEZ PERMITIENDO A LAS CÉLULAS QUE NO ESTÉN AGLUTINADAS PASEN A TRAVÉS DE REACTIVOS PREVIAMENTE DISPENSADOS.HASTA 420 COLUMNAS POR HORA (DEPENDIENDO DEL TIPO DE CARGA DE TRABAJO DE CADA LABORATORIO).DETECCIÓN DEL NIVEL LÍQUIDO Y DETECCIÓN DEL NIVEL INSUFICIENTE PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. DETECCIÓN DE COÁGULOS EN LAS MUESTRAS Y RECUPERACIÓN. AGITACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS HEMATÍES REACTIVOS (CÉLULAS ROJAS). REGISTRO AUTOMÁTICO DEL INVENTARIO DE CASSETTES Y REACTIVO. REGISTRO AUTOMÁTICO DE LAS MUESTRAS CUANDO EXISTE UNA CONEXIÓN BIDIRECCIONAL AL LIS IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE CASSETTES, REACTIVOS Y MUESTRAS CON EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. CAPACIDAD DE VOLVER A PROCESAR CASSETTES PARCIALMENTE USADOS CONTROLA LA PREPARACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE LAS MUESTRAS DE LOS TUBOS DE MUESTRAS A LA MICROPLACA DE DILUCIÓN, Y FINALMENTE, A LOS CASSETTES. EL SISTEMA DE PIPETEO AUTOMÁTICA TAMBIÉN ASPIRA Y DISPENSA LOS REACTIVOS Y LOS DISTINTOS LÍQUIDOS DEL SISTEMA. LA ESTACIÓN DE LAVADO SE UTILIZA ENTRE EL PIPETEO DE LAS DIFERENTES MUESTRAS O REACTIVOS PARA LIMPIAR LA PUNTA. LA POSICIÓN DE LA PIPETA ESTÁ CONTROLADA MEDIANTE SOFTWARE LA CENTRÍFUGA TIENE CAPACIDAD PARA 24 CASSETTES LA VELOCIDAD DE CENTRIFUGACIÓN (BIFÁSICA) Y EL TIEMPO (5 MINUTOS PARA CUALQUIER CASSETTE) SE

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA

No. LA-012NBU999-I72-2014

RELATIVA A LA:

"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

CONTROLAN AUTOMÁTICAMENTE Y SE MONITORIZAN EN CC. LOS CASSETTES DE EQUILIBRIO SE AÑADEN AUTOMÁTICAMENTE. INCUBADOR A 37°C: CON CAPACIDAD DE HASTA 24 CASSETTES, INCUBA DICHOS CASSETTES A 37°C INCUBADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE: CON CAPACIDAD DE HASTA 42 CASSETTES, SE UTILIZA PARA LOS CASSETTES QUE NO REQUIEREN INCUBACIÓN. MONITORIZACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD. MENÚ DE PRUEBAS ABO/RH GRUPO SÉRICO (INVERSO) DETERMINACIÓN DEL FENOTIPO RH PRUEBA CRUZADA (PACIENTE/DONADOR) ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS PRUEBA DIRECTA DE ANTIGLOBULINA PRUEBA ENZIMÁTICA CLASIFICACIÓN DE ANTÍGENOS ESPECIALES PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD QUE ASÍ MISMO CUENTA CON UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE, CAP Y QUE PERMITIRÁ REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROVEEDOR SEAN SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 21). SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. A) SISTEMA DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA, EN TARJETAS CON MICROCOLUMNAS DE GEL, PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO DIRECTO ABO Y RH, Y LA DETERMINACIÓN DE GRUPO INVERSO UTILIZANDO ERITROCITOS A1 Y B. CADA TARJETA CONSTA DE ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI-D', CONTROL DE LA TARJETA Y MICROPOZOS CON GEL NEUTRO PARA LA REALIZACIÓN DEL GRUPO INVERSO. INCLUYE DILUYENTE. KIT CON 50 PRUEBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR TARJETAS O CASSETTES CON PERLAS DE VIDRIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE GRUPO DIRECTO ABO Y RH Y LA DETERMINACIÓN DE GRUPO INVERSO UTILIZANDO ERITROCITOS A1 Y B, CADA TARJETA CONSTA DE ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI-D CONTROL Y TARJETA O CASSETTE PARA LA REALIZACIÓN DEL GRUPO INVERSO. KIT CON 100 CASSETTES. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO, SE DE CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 9.5 DE LA NOM- 253- SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES PARA FINES TERAPÉUTICOS Y PRESENTE DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. -----

PREGUNTA 22). SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. B) TARJETA PARA DETERMINAR ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH (FENOTIPO C, C, E, E), INCLUYE DILUYENTE CON CAJA CON 48 TARJETAS PARA 96 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR TARJETAS O CASSETTES CON PERLAS DE VIDRIO PARA REALIZAR LA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH, FENOTIPO C,E,C,E,K, CONTROL, KIT CON 100 CASSETTES. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROVEEDOR SEAN SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y SE APEGUEN A LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LA NOM- 253- SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES PARA FINES TERAPÉUTICOS Y PRESENTE DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. -----

PREGUNTA 23). SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. C) TARJETA PARA COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, TARJETAS DE GEL ANTKI IGG-C3D COOMBS POLIESPECÍFICO

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA

No. LA-012NBU999-I72-2014

RELATIVA A LA:

“LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017”

INCLUYE DILUYENTE CON CAJA CON 50 TARJETAS CON 8 POZOS C/ UNA. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR TARJETAS O CASSETTES CON PERLAS DE VIDRIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, IGG-C3D, KIT CON 100 CASSETTES. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROVEEDOR SEAN SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y SE APEGUEN A LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LA NOM- 253- SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES PARA FINES TERAPÉUTICOS Y PRESENTE DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. -----

PREGUNTA 24). SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. D) EQUIPO COMPUESTO DE 16 DONADORES DE CÉLULAS ROJAS DEL GRUPO O ADECUADAS PARA USARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS. JUEGO 16X3 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN MES **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR KIT COMPUESTO POR 11 CÉLULAS ROJAS, PARA USARSE EN LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS, CADUCIDAD MÍNIMA DE UN MES. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROVEEDOR SEAN SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 25). SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. E) CELULAS CONTROL DE COOMBS (CELULAS SENSIBILIZADAS). FRASCO DE 10 ML CONCENTRACIÓN DE 4 AL 6% LISTO PARA USARSE. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR UN KIT DE CÉLULAS CONTROL DE COOMBS CON UNA CONCENTRACIÓN DEL 0.3% SIN QUE ESTO LIMITE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROVEEDOR SEAN SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 26). SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. EQUIPO COMPUESTO DE 10 DONADORES DE CÉLULAS ROJAS DEL GRUPO O ADECUADAS PARA USARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS. JUEGO 11X3 ML. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN MES **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR KIT COMPUESTO POR 11 CÉLULAS ROJAS, PARA USARSE EN LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS, CADUCIDAD MÍNIMA DE UN MES. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROVEEDOR SEAN SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 27). ANEXO TÉCNICO. PAG. 1. INMUNOHEMATOLOGÍA Y PRUEBAS CRUZADAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO IGUAL O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA, CON OBJETO DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES DE CONFORMIDAD CON EL

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-I72-2014
RELATIVA A LA:
"LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO OFERTADO SE APEGUEN A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. -----

3) TERUMO BCT MÉXICO, S.A. DE C.V.:

PREGUNTA 1). DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. EN EL PUNTO VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO 5 DE LAS PÁGINAS 22 Y 23 DE LAS BASES, MENCIONA TEXTUALMENTE QUE SE DEBERÁ ENTREGAR LO SIGUIENTE: CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO (SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA POR MARCA O DISTRIBUIDOR) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PODER ENTREGAR MÁS DE UNA CARTA DE APOYO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES INTEGRADORES CON EL CONSECUENTE BENEFICIO DE RECIBIR MEJORES PROPUESTAS A SU INSTITUCIÓN. -----

RESPUESTA. SE ACEPTA Y SE REITERA QUE LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN OFERTAR UNA MARCA POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. NUMERAL 5). -----

4) ABALAT, S.A. DE C.V.:

PREGUNTA 1). EN RELACIÓN AL PUNTO VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES Y REFERENTE AL INCISO VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. EN CASO DE REQUERIR REFERENCIAR ALGÚN PUNTO SOLICITADO DE LOS EQUIPOS ¿PODEMOS UTILIZAR SOLO LAS PÁGINAS DEL MANUAL DONDE ESTÉN ESTAS CARACTERÍSTICAS Y ENTREGAR EN CD EL MANUAL COMPLETO, ESTO CON LA FINALIDAD DE AHORRO DE PAPEL YA QUE EN OCASIONES DICHS MANUALES SON DE MÁS DE 1,000 HOJAS? -----

RESPUESTA. SE ACEPTA Y SE PRECISA QUE DEBERÁ ENTREGAR UNA COPIA ELECTRÓNICA EN CD DEL MANUAL COMPLETO PARA CORROBORAR LAS CARACTERÍSTICAS REFERENCIADAS O UTILIZADAS. -----

UNA VEZ DADAS LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGUNA OTRA SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LAS RESPUESTAS DADAS, RESPONDIENDO LOS ASISTENTES QUE NO. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-I72-2014
 RELATIVA A LA:
 "LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO PLURIANUAL DE TRANSFUSIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016 Y 2017"

CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. -----

SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 42 Y 46 FRACCIÓN VII, EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 HRS., POR LO QUE LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA SE PUBLICARÁ EN COMPRANET, UNA VEZ CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO. ---

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE PROPORCIONÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES LA "ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA, MISMA QUE SE LES SOLICITÓ ENTREGAR AL FINAL DEL PRESENTE ACTO.-----

ESTA ACTA, CONSTA DE DOCE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 18:10 HORAS FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.-----

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ	JEFE DEL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN	
LIC. ADRIÁN SALAZAR SEPULVEDA	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
ABALAT, S.A DE C.V.	C. CUAUHTÉMOC DE LUNA BONILLA	

4