



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2018, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56530; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, EL DR. EMMANUEL BERMEO MALDONADO, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA Y EL LIC. CESAR CASANOVA ESPINOSA, REPRESENTANTE DE ASUNTOS JURÍDICO, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA RELATIVA A LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA.

SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE SE DECLARA UN RECESO Y SE CONTINUA A LAS 16:15 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, TODA VEZ QUE EL AREA TÉCNICA AÚN NO HA CONCLUIDO CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

SIENDO LAS 16:15 HORAS EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, REANUDA EL EVENTO E INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESENTARON EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, MISMA QUE FUE ENVIADA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO. (SE ADJUNTA CARATULA DEL SISTEMA COMPRANET)

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NUMERO DE PREGUNTAS
1	GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	2
2	KENDAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	120

Compranet

Procedimiento: 869525 - LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020 SEGUNDA CONVOCATORIA

Expediente: 1586451 - LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN

Fecha y hora de apertura de propuestas: 23/01/2018 09:00:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Falto | Mensaje Unidad Compranet / Licitante

Crear Mensaje | Mensajes Realizados | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Aceptados

Bemite	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	15/01/2018 09:00 AM			15/01/2018 09:21 AM	
2	15/01/2018 09:00 AM	Solicitud de aclaraciones Kendal de México, S.A. de C.V.		15/01/2018 09:38 AM	
3	12/01/2018 02:04 PM	PREGUNTA GALUMEDICAL E3-2018	12/01/2018 05:27 PM	12/01/2018 05:27 PM	
4	12/01/2018 10:55 AM	FORMATO B Y MANIFIESTO DE PARTICIPACION	12/01/2018 05:27 PM	12/01/2018 05:27 PM	

Totales

Página 1 de 1



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, FUE ASISTIDO EL DR. EMMANUEL BERMEO MALDONADO, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, QUIEN SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL PRESIDENTE EN ESTE ACTO.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA ACLARACIÓN POR PARTE DEL AREA REQUIRENTE.

ACLARACIÓN 1. ANEXO TÉCNICO PARTIDAS 150, 151 Y 152. SE ELIMINAN ESTAS PARTIDAS TODA VEZ QUE ESTAS NO SON UTILIZADAS POR EL HOSPITAL Y POR ERROR INVOLUNTARIO FUERON INCLUIDAS.

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CLAVE CUADRO BÁSICO	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRESENTACIÓN
150	HRAEI-MA8045	F.C.B.	25400364	SEPARADORES ALEXIS RETRACTOR 2-4CM	PIEZA
151	HRAEI-MA6917	F.C.B.	25400364	SEPARADORES ALEXIS RETRACTOR 5-9CM	PIEZA
152	HRAEI-MA8046	F.C.B.	25400364	SEPARADORES ALEXIS RETRACTOR 11-17CM	PIEZA

1. GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTEDES, ME SEA PERMITIDO PARTICIPAR EN EL EVENTO NO. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-012NBU999-E3-2018 OMITIENDO LAS PARTIDAS 44, 51, 165 DEBIDO A QUE ESTOS PRODUCTOS NO SON COMERCIALIZADOS EN MEXICO DE ACUERDO A LA NOTIFICACION ANEXA.

RESPUESTA. NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 2. POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTEDES, ME SEA PERMITIDO PARTICIPAR EN EL EVENTO NO. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-012NBU999-E3-2018 OMITIENDO LAS PARTIDAS 150, 151 Y 152 DEBIDO A QUE EL FABRICANTE APPLIED BIOSYSTEM S.A DE C.V DEJO DE FABRICAR DICHOS PRODUCTOS.

RESPUESTA. YA FUE PRECISADA EN LA ACLARACIÓN NÚMERO 1.

2. KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO IV. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. IV.1.1. PRESENTAR PROPOSICIÓN EN ARCHIVO FORMATO PDF Y EXCEL, ENTENDEMOS QUE EL ARCHIVO EN EXCEL APLICA ÚNICAMENTE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA, Y QUE LOS DEMÁS DOCUMENTOS SE DEBERÁN ADJUNTAR EN FORMATO PDF DEBIDAMENTE FIRMADOS Y FOLIADOS A COMPRANET, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 2. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA 6) CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DE LOS CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS EN DONDE SE ENCUENTREN REFERENCIADAS LAS CARACTERÍSTICAS PARA DEMOSTRAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES, YA QUE SON MUY EXTENSOS Y COMPLICARÍA LA CARGA DE LOS ARCHIVOS EN COMPRANET. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA Y SE PRECISA QUE DEBERÁ IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS RENGLONES DE LOS QUE PRESENTE CATÁLOGO Y/O FICHA TÉCNICA.

PREGUNTA 3. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA 9) CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL CASO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, ENTENDEMOS QUE CUALQUIERA DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRANTES EN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PUEDE ACREDITAR ESTE PUNTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA.

PREGUNTA 4. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA 11) MANUAL DE USUARIO O DE OPERACIÓN ENTENDEMOS QUE EL MANUAL SÓLO SE ENTREGARÁ EN CASO DE SER ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO, DEBERÁ PRESENTARLO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA SIN EMBRAGO LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA, SIN EMBARGO SERÁ CONSIDERADO PARA ACREDITAR EL PUNTAJE CORRESPONDIENTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL V.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN.

PREGUNTA 5. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA 12) GUÍA RÁPIDA DE USO O DE OPERACIÓN ENTENDEMOS QUE ESTA GUÍA SE ENTREGARÁ SÓLO EN CASO DE SER ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO, DEBERÁ PRESENTARLO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA SIN EMBRAGO, LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA, SIN EMBARGO SERÁ CONSIDERADO PARA ACREDITAR EL PUNTAJE CORRESPONDIENTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL V.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN.

PREGUNTA 6. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA PROPUESTA TECNICA, RELATIVO A REGISTRO SANITARIO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE EN TRÁMITE DE PRÓRROGA, SE NOS PERMITA ENTREGAR LA PAPELETA DE INGRESO DEL TRÁMITE, COPIA DEL REGISTRO SANITARIO Y CARTA BAJO PROTESTA EN DONDE INDIQUE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTA 1. PARTIDA 1 CLAVE HRAEI-MA6918 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 5 MM DE DIÁMETRO Y 75 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES. PRESENTACIÓN: PIEZA
PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 5 MM DE DIÁMETRO Y 70 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 2. PARTIDA 2 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6919 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 12 MM DE DIÁMETRO Y 75 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES.PRESENTACION
PIEZA. PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 12 MM DE DIÁMETRO Y 70 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 3. PARTIDA 4 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6920 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 8 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES.PRESENTACION
PIEZA PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 11 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 4. PARTIDA 8 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6923 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 12 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON TECNOLOGÍA QUE PERMITE LIMPIAR LA LENTE DE FORMA AUTOMÁTICA. PRESENTACION PIEZA
PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 12 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES Y UN DISPOSITIVO PARA LA LIMPIEZA DEL LENTE Y TROCARES ADICIONAL AL TROCAR.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE ESTÁ INTEGRANDO UN EQUIPO ADICIONAL Y EL HOSPITAL REQUIERE TECNOLOGÍA QUE PERMITA LIMPIAR LA LENTE DE FORMA AUTOMÁTICA

[Handwritten signature and blue checkmark]

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PREGUNTA 5. PARTIDA 9 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6924 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN TROCARES TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 5 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON TECNOLOGÍA QUE PERMITE LIMPIAR LALENTE DE FORMA AUTOMÁTICA. PRESENTACION PIEZA. **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TROCARES TRANSPARENTES SIN CUCHILLA, CON ESTRÍAS PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, 5 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LARGO CON UN SELLO UNIVERSAL, VALVULA STOPCOCK Y SELLO PICO DE PATO QUE FACILITA LA EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES Y UN DISPOSITIVO PARA LA LIMPIEZA DELLENTE Y TROCARES ADICIONAL AL TROCAR.**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE ESTÁ INTEGRANDO UN EQUIPO ADICIONAL Y EL HOSPITAL REQUIERE TECNOLOGÍA QUE PERMITA LIMPIAR LALENTE DE FORMA AUTOMÁTICA

PREGUNTA 6. PARTIDA 14 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6927 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN PAQUETE DE TRÓCARES CON TECNOLOGÍA QUE PERMITE LIMPIAR ELLENTE DE FORMA AUTOMÁTICA. INCLUYE CÁNULA CON ESTRÍAS PARA TROCAR SIN NAVAJA, 12MM DIÁMETRO, 100MM LARGO Y TROCAR SIN NAVAJA CON ESTRÍAS, 12MM DIÁMETRO, 100MM LARGO PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PAQUETE DE TRÓCARES CON ADICIONAL UN DISPOSITIVO CLEARIFY QUE PERMITE LIMPIAR ELLENTE Y TROCAR. INCLUYE CÁNULA CON ESTRÍAS PARA TROCAR SIN NAVAJA, 12MM DIÁMETRO, 100MM LARGO Y TROCAR SIN NAVAJA CON ESTRÍAS, 12MM DIÁMETRO, 100MM LARGO.**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE ESTÁ INTEGRANDO UN EQUIPO ADICIONAL Y EL HOSPITAL REQUIERE TECNOLOGÍA QUE PERMITA LIMPIAR LALENTE DE FORMA AUTOMÁTICA

PREGUNTA 7. PARTIDA 15 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6928 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN PAQUETE DE TRÓCARES CON TECNOLOGÍA QUE PERMITE LIMPIAR ELLENTE DE FORMA AUTOMÁTICA. INCLUYE CÁNULA CON ESTRÍAS PARA TROCAR SIN NAVAJA, 5 MM DIÁMETRO, 100 MM LARGO Y TROCAR SIN NAVAJA CON ESTRÍAS, 5 MM DIÁMETRO, 100MM LARGO PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PAQUETE DE TRÓCARES CON ADICIONAL UN DISPOSITIVO CLEARIFY QUE PERMITE LIMPIAR ELLENTE Y TROCAR. INCLUYE CÁNULA CON ESTRÍAS PARA TROCAR SIN NAVAJA, 5 MM DIÁMETRO, 100MM LARGO Y TROCAR SIN NAVAJA CON ESTRÍAS, 5 MM DIÁMETRO, 100MM LARGO.**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE ESTÁ INTEGRANDO UN EQUIPO ADICIONAL Y EL HOSPITAL REQUIERE TECNOLOGÍA QUE PERMITA LIMPIAR LALENTE DE FORMA AUTOMÁTICA

PREGUNTA 8. PARTIDA 21 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6015 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE CON CUCHILLA, 10 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL. PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE SIN CUCHILLA, 12 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL.**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 9. PARTIDA 22 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6016 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE CON CUCHILLA, 12 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL. PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE SIN CUCHILLA, 12 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 10. PARTIDA 23 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6017 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE CON CUCHILLA, 5 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL. PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE SIN CUCHILLA, 5 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 11. PARTIDA 28 CLAVE HRAEI-MA6933 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400096 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO APLICADOR MÚLTIPLE Y AUTOMÁTICO DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON PERILLA GIRATORIA DE 360 GRADOS. 5 MM DE DIÁMETRO, CLIPS MEDIANO LARGO. 15 CLIPS POR APLICADOR PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APLICADOR MÚLTIPLE Y AUTOMÁTICO DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON PERILLA GIRATORIA DE 360 GRADOS. 5 MM DE DIÁMETRO, CLIPS MEDIANO LARGO. 18 CLIPS POR APLICADOR.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 12. PARTIDA 29 CLAVE HRAEI-MA6934 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400096 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO APLICADOR MÚLTIPLE Y AUTOMÁTICO DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON PERILLA GIRATORIA DE 360 GRADOS. 10 MM DE DIÁMETRO, CLIPS MEDIANO LARGO. 25 CLIPS POR APLICADOR PRESENTACION PIEZA. **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APLICADOR MÚLTIPLE Y AUTOMÁTICO DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON PERILLA GIRATORIA DE 360 GRADOS. 10 MM DE DIÁMETRO, CLIPS MEDIANO LARGO. 20 CLIPS POR APLICADOR.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 13. PARTIDA 30 CLAVE HRAEI-MA6935 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400096 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS PARA CIRUGÍA ABIERTA CON 20 CLIPS. DIÁMETRO DE CLIP 23.8 CM, TAMAÑO PEQUEÑO. PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS PARA CIRUGÍA ABIERTA CON**



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

20 CLIPS, TAMAÑO PEQUEÑO.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 14. PARTIDA 31 CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6936 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400096 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS PARA CIRUGÍA ABIERTA CON 20 CLIPS. DIÁMETRO DE CLIP 29.2 CM, TAMAÑO MEDIANO PRESENTACION PIEZA. **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS PARA CIRUGÍA ABIERTA CON 20 CLIPS, TAMAÑO MEDIANO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 15. PARTIDA 32 CLAVE HRAEI-MA6937 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400096 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS PARA CIRUGÍA ABIERTA CON 20 CLIPS. DIÁMETRO DE CLIP 33.7 CM, TAMAÑO LARGO PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS PARA CIRUGÍA ABIERTA CON 15 CLIPS, TAMAÑO LARGO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 16. PARTIDA 37 CLAVE HRAEI-MA4474 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400064 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO BOLSA ENDOSCÓPICA RETRACTORA DE ESPECÍMENES MODELO POUCH DE 4" X 6" PRESENTACION PIEZA BOLSA ENDOSCÓPICA RETRACTORA DE ESPECÍMENES MODELO POUCH DE 4" X 6". **PREGUNTA "SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENDO CATCH™ GOLD DE 10 MM 6,3 X 15,2 CM BOLSA PARA MUESTRAS, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 190 CC, LONGITUD DE EJE 29,5 CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 17. PARTIDA 38 CLAVE HRAEI-MA6941 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE CON LONGITUD DE 55 MM, MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE, CANAL PARA CARTUCHOS DE 6 LÍNEAS DE GRAPAS, GATILLO BIDIRECCIONAL PARA DISPARAR DE AMBOS LADOS, MECANISMO SELECCIONADOR DE ALTURA DE GRAPA PARA CIERRE DE 1.5 MM, 1.8 MM O 2.0 MM PRESENTACION PIEZA. **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 3 OPCIONES ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60 MM CON MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE, CANAL PARA CARTUCHOS DE 6 LÍNEAS DE GRAPAS, CON CARTUCHOS DE DIFERENTES MEDIDAS CUYAS ALTURAS DE GRAPA CIERRAN A 1.0 MM, 1.5 MM Y 2 MM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 18. PARTIDA 39 CLAVE HRAEI-MA6942 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400279 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE CON LONGITUD DE 75 MM, MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE, CANAL PARA CARTUCHOS DE 6 LÍNEAS DE GRAPAS, GATILLO BIDIRECCIONAL PARA DISPARAR DE AMBOS LADOS, MECANISMO SELECCIONADOR DE ALTURA DE GRAPA PARA CIERRE DE 1.5 MM, 1.8 MM O 2.0 MM PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 OPCIONES ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 80 MM CON MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE, CANAL PARA CARTUCHOS DE 6 LÍNEAS DE GRAPAS, CON CARTUCHOS**



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

DE DIFERENTES MEDIDAS CUYAS ALTURAS DE GRAPA CIERRAN A 1.5 MM Y 2 MM. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 19. PARTIDA 40 CLAVE HRAEI-MA6943 CLAVE CUADRO BÁSICO: F.C.B. CUCOP 25400096 DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO GRAPEO QUIRÚRGICO CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 MM, CON 6 LÍNEAS DE GRAPA, FORMACIÓN DE GRAPA DE TECNOLOGÍA 3D Y CAPACIDAD DE AJUSTE DE CIERRE DE GRAPA DE 1.5 MM, 1.8 MMM O 2.0 MM PRESENTACION PIEZA **PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 3 OPCIONES CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60, DE DIFERENTES MEDIDAS CUYAS ALTURAS DE GRAPA CIERRAN A 1.0 MM, 1.5 MM Y 2 MM.** -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 20. PARTIDA 41, CLAVE HRAEI-MA6944 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 OPCIONES CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60, DE DIFERENTES MEDIDAS CUYAS ALTURAS DE GRAPA CIERRAN A 1.5 MM Y 2 MM. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 21. PARTIDA 42, CLAVE HRAEI-MA6018 CUCOP 25400279 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA DESECHABLE COMPATIBLE CON CARTUCHOS LINEALES CORTANTES Y ARTICULABLES, LONGITUD DE EJE 16 CM, MECANISMO DE AGARRÉ CON UNA SOLA MANO Y 10 POSICIONES DE ARTICULACIÓN (5 DE CADA LADO) Y POSICIÓN NEUTRAL. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA ES DIFERENTE LA MEDIDA DE LONGITUD DE LA ENGRAPADORA-----

PREGUNTA 22. PARTIDA 43, CLAVE HRAEI-MA6945 CUCOP 25400279 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE AUTOMATICA REUSABLE PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, FLEXIBLE Y ARTICULABLE COMPATIBLE CON CARTUCHOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y FORMAS, BOTON DE ROTACIÓN, BATERIA RECARGABLE, BOTON DE DISPARO, REVERSA Y AVANCE DE GRAPEO.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO ESPECIFICA LA LONGITUD.-----

PREGUNTA 23. PARTIDA 44, CLAVE HRAEI-MA6946 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 60, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 90 GRAPAS DE 2, 2.5 Y 3 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR BEIGE. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.-----

PREGUNTA 24. PARTIDA 45, CLAVE HRAEI-MA6019 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 60, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 90 GRAPAS DE 2, 2.5 Y 3 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR BEIGE. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.-----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PREGUNTA 25. PARTIDA 46, CLAVE HRAEI-MA6020 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 60, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 90 GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.

PREGUNTA 26. PARTIDA 47, CLAVE HRAEI-MA6021 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 60, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 90 GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.

PREGUNTA 27. PARTIDA 48, CLAVE HRAEI-MA6022 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 60, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 90 GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.

PREGUNTA 28. PARTIDA 49, CLAVE HRAEI-MA6947 CUCOP 25400279 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA DESECHABLE COMPATIBLE CON CARTUCHOS LINEALES CORTANTES Y ARTICULABLES, LONGITUD DE EJE 16 CM, MECANISMO DE AGARRE CON UNA SOLA MANO Y 10 POSICIONES DE ARTICULACIÓN (5 DE CADA LADO) Y POSICIÓN NEUTRAL Y UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE HAY DIFERENCIA EN LA LONGITUD DEL VÁSTAGO SOLICITADO.

PREGUNTA 29. PARTIDA 50, CLAVE HRAEI-MA6948 CUCOP 25400279 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE AUTOMÁTICA REUSABLE PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, FLEXIBLE Y ARTICULABLE COMPATIBLE CON CARTUCHOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y FORMAS, BOTON DE ROTACIÓN, BATERIA RECARGABLE, BOTON DE DISPARO, REVERSA Y AVANCE DE GRAPEO Y UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 30. PARTIDA 51, CLAVE HRAEI-MA6949 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 2, 2.5 Y 3 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PREGUNTA 31. PARTIDA 52, CLAVE HRAEI-MA6025 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVICANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 2, 2.5 y 3 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.

PREGUNTA 32. PARTIDA 53, CLAVE HRAEI-MA6023 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVICANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 2, 2.5 Y 3 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.

PREGUNTA 33. PARTIDA 54, CLAVE HRAEI-MA6024 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.

PREGUNTA 34. PARTIDA 55, CLAVE HRAEI-MA6026 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.

PREGUNTA 35. PARTIDA 56, CLAVE HRAEI-MA6027 CUCOP 25400279 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA DESECHABLE LINEAL TA 60 RECARGABLE; 60 MM DE DOBLE LÍNEA CON GRAPAS ALTERNADAS. CARTUCHO DE 3.5 MM DE GRAPA ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO DE HASTA 1.5MM, CON SISTEMA DE LA GRAPA DIRECCIONADA. COLOR DE CARTUCHO AZUL.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 36. PARTIDA 57, CLAVE HRAEI-MA6950 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE TA 60, CON DOBLE LÍNEA DE GRAPAS ALTERNADAS, 60 MM DE LONGITUD DE GRAPADO, CON 21 GRAPAS DE 3.5MM (ALTURA DE GRAPA ABIERTA) Y COMPRESIÓN DE TEJIDO HASTA 1.5MM, DE TITANIO Y SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. COLOR AZUL.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 37. PARTIDA 58, CLAVE HRAEI-MA6951 CUCOP 25400096 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE TA 60, CON DOBLE LÍNEA DE GRAPAS ALTERNADAS, 60 MM DE LONGITUD DE GRAPADO, CON 21 GRAPAS DE 4.8MM (ALTURA DE GRAPA ABIERTA) Y COMPRESIÓN DE TEJIDO HASTA 2.0MM, DE TITANIO Y SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. COLOR VERDE.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 38. PARTIDA 59, CLAVE HRAEI-MA6030 CUCOP 25400279 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA DESECHABLE LINEAL CORTANTE GIA 100 RECARGABLE, CON CUCHILLA INTEGRADA EN EL CARTUCHO, 100 MM DE LONGITUD DE DOBLE LÍNEA DE GRAPAS ALTERNAS EN CADA LADO DEL CORTE, CON CARTUCHO DE 3.8 MM DE GRAPA ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO HASTA 1.5MM, CON SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. COLOR DE CARTUCHO: AZUL.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 39. PARTIDA 60 HRAEI-MA6033 F.C.B. 25400096 CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 100 MM CON LONGITUD DE GRAPEO DE 102 MM CON 101 GRAPAS SIN CUCHILLA Y DIMENSIONES DE GRAPA ABIERTA DE 3X3.85 MM, CON ALTURA DE GRAPA CERRADA DE 1.5 MM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE GIA 100, CON DOBLE LÍNEA DE GRAPAS ALTERNAS EN CADA LADO DEL CORTE, 100 MM DE LONGITUD DE GRAPADO, CON 104 GRAPAS DE 3.8MM (ALTURA DE GRAPA ABIERTA) Y COMPRESIÓN DE TEJIDO HASTA 1.5MM, DE TITANIO Y SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. CUCHILLA INTEGRADA, COLOR DE CARTUCHO AZUL.**-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 40. PARTIDA 63 HRAEI-MA6035 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA CURVA CORTANTE DE 40MM CURVA, PARA TEJIDO NORMAL, DESECHABLE, CON GATILLO POSICIONADOR DE TEJIDO Y GATILLO DE DISPARO, PIN DE RETENCION MANUAL O AUTOMATICO, PARA CIRUGIA ABIERTA. CON 46 GRAPAS. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA UNIVERSAL DESECHABLE CON UNIDAD DE CARGA DESECHABLE CURVO CORTANTE ENDOGIA RADIAL, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. CON 60MM DE LÍNEA DE GRAPAS CURVAS, CUCHILLA INTEGRADA Y CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE 360°.**-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE LA LONGITUD SOLICITADA ES DIFERENTE.-----

PREGUNTA 41. PARTIDA 64 HRAEI-MA6036 F.C.B. 25400096 UNIDAD DE RECARGA DE 40MM PARA ENGRAPADORA CURVA CORTANTE PARA TEJIDO NORMAL CON 46 GRAPAS DE 1.5 MM DE ALTURA. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE CURVO CORTANTE ENDOGIA RADIAL, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. CON 60MM DE LÍNEA DE GRAPAS CURVAS, CUCHILLA INTEGRADA Y CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE 360°.**-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE LA LONGITUD SOLICITADA ES DIFERENTE.-----

PREGUNTA 42. PARTIDA 65 HRAEI-MA6954 F.C.B. 25400096 UNIDAD DE RECARGA DE 40MM PARA ENGRAPADORA CURVA CORTANTE PARA TEJIDO GRUESO CON 46 GRAPAS DE 2 MM DE ALTURA. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE CURVO CORTANTE ENDOGIA RADIAL, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. CON 60MM DE LÍNEA DE GRAPAS CURVAS, CUCHILLA INTEGRADA Y CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE 360°.**-----

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE LA LONGITUD SOLICITADA ES DIFERENTE.

PREGUNTA 43. PARTIDA 66 HRAEI-MA6955 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DE 21 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 12.4 MM DE LUMEN INTERIOR. LONGITUD DE MANGO DE 18 CM. DE 16-18 GRAPAS DE TITANIO ALTURA DE LA GRAPA ABIERTA DE 5.5 MM, CON SEGURO PARA ACTIVACION Y SELLO PLASTICO INTERIOR PARA RETROALIMENTACIÓN AUDITIVA EN EL DISPARO, ALTURA DE LA GRAPA CERRADA AJUSTABLE DE 1.0 A 2.5 MM ESTÉRIL Y DESECHABLE. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA CIRCULAR DST TM EEATM, DESECHABLE CON DIÁMETRO EXTERNO 21.6 MM, LUMEN 12.5MM, LABIO MÍNIMO ANASTOMOTICO 1.9MM, DOBLE LÍNEA DE GRAPAS TAMAÑO DE LA GRAPA 4.8MM ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO DE 2.0MM, TOTAL DE GRAPAS 18 Y SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. LONGITUD DE EJE 22CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 44. PARTIDA 67 HRAEI-MA6037 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 16.4 MM DE LUMEN INTERIOR. LONGITUD DE MANGO DE 18 CM. DE 16-18 GRAPAS DE TITANIO ALTURA DE LA GRAPA ABIERTA DE 5.5 MM, ALTURA DE LA GRAPA CERRADA AJUSTABLE DE 1.0 A 2.5 MM, CON SEGURO PARA ACTIVACION Y SELLO PLASTICO INTERIOR PARA RETROALIMENTACIÓN AUDITIVA EN EL DISPARO ESTÉRIL Y DESECHABLE. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA CIRCULAR DST TM EEATM, DESECHABLE CON DIÁMETRO EXTERNO 25.6 MM, LUMEN 16.5MM, LABIO MÍNIMO ANASTOMOTICO 1.9MM, DOBLE LÍNEA DE GRAPAS TAMAÑO DE LA GRAPA 4.8MM ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO DE 2.0MM, TOTAL DE GRAPAS 22 Y SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. LONGITUD DE EJE 22CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 45. PARTIDA 68 HRAEI-MA6038 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DE 29 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 20.4 MM DE LUMEN INTERIOR. LONGITUD DE MANGO DE 18 CM. DE 16-18 GRAPAS DE TITANIO ALTURA DE LA GRAPA ABIERTA DE 5.5 MM, ALTURA DE LA GRAPA CERRADA AJUSTABLE DE 1.0 A 2.5 MM, CON SEGURO PARA ACTIVACION Y SELLO PLASTICO INTERIOR PARA RETROALIMENTACIÓN AUDITIVA EN EL DISPARO, ESTÉRIL Y DESECHABLE. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA CIRCULAR DST TM EEATM, DESECHABLE CON DIÁMETRO EXTERNO 28.6 MM, LUMEN 19.5MM, LABIO MÍNIMO ANASTOMOTICO 1.9MM, DOBLE LÍNEA DE GRAPAS TAMAÑO DE LA GRAPA 4.8MM ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO DE 2.0MM, TOTAL DE GRAPAS 26 Y SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. LONGITUD DE EJE 22CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 46. PARTIDA 69 HRAEI-MA6039 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DE 33 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 24.4 MM DE LUMEN INTERIOR. LONGITUD DE MANGO DE 18 CM. DE 16-18 GRAPAS DE TITANIO ALTURA DE LA GRAPA ABIERTA DE 5.5 MM, ALTURA DE LA GRAPA CERRADA AJUSTABLE DE 1.0 A 2.5 MM, CON SEGURO PARA ACTIVACION Y SELLO PLASTICO INTERIOR PARA RETROALIMENTACIÓN AUDITIVA EN EL DISPARO, ESTÉRIL Y DESECHABLE. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA CIRCULAR DST TM EEATM, DESECHABLE CON DIÁMETRO EXTERNO 31.5 MM, LUMEN 22.5MM, LABIO MÍNIMO ANASTOMOTICO 1.9MM, DOBLE LÍNEA DE GRAPAS TAMAÑO DE LA GRAPA 4.8MM ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO DE 2.0MM, TOTAL DE GRAPAS 30 Y SISTEMA DE GRAPA**



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

DIRECCIONADA. LONGITUD DE EJE 22CM.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 47. PARTIDA 70 HRAEI-MA6956 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA TEJIDO NORMAL, ARTICULABLE, PARA ENGRAPADO ANGULADO, NÚMERO DE GRAPAS 66, LONGITUD DE CORTE 41 MM, LONGITUD DE GRAPADO 45 MM, DIMENSIÓN DE GRAPA 0.20 MM, DIMENSIÓN DE GRAPA ABIERTA 3X3.5, ALTURA DE GRAPA CERRADA 1.5 MM. DESECHABLE. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA CIRCULAR DST TM EEATM, DESECHABLE CON DIÁMETRO EXTERNO 33.6 MM, LUMEN 24.5MM, LABIO MÍNIMO ANASTOMOTICO 1.9MM, DOBLE LÍNEA DE GRAPAS TAMAÑO DE LA GRAPA 4.8MM ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO DE 2.0MM, TOTAL DE GRAPAS 32 Y SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. LONGITUD DE EJE 22 CM.**-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE NO SON EQUIPOS EQUIVALENTES.-----

PREGUNTA 48. PARTIDA 71 HRAEI-MA6040 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA PARA HEMORROIDES, 33 MM CON 28 GRAPAS. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4MM, CIERRE DE GRAPA DE 0.75 A 1.5 MM. DIÁMETRO DE NAVAJA 24.4 MM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA DESECHABLE CIRCULAR CORTANTE PARA HEMORROIDOPEXIA DE 33CM DE DIÁMETRO CON DOS LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS DISPUESTAS CURCULARMENTE CON SISTEMA DE GRAPEO DIRECCIONADO CON 32 GRAPAS Y ALTURA DE LA GRAPA ABIERTA ES DE 4.8MM Y COMPRESIÓN DE TEJIDO HASTA 2MM, RESERVORIO GRADUADO HASTA 5CM Y CON CAPACIDAD DE 20CC, CON SEGURO DE DISPARO, VENTANA INDICADORA DE DISPARO, PERILLA GIRATORIA PARA ABRIR O CERRAR EL INSTRUMENTO, YUNQUE DESPRENDIBLE CON 3 ORIFICIOS DE ANCLAJE, CONTIENE DILATADOR, ANOSCOPIO TRANSPARENTE CON PUENTE Y MARCAS DE PROFUNDIDAD, PUERTO CON ALETAS Y ORIFICIOS DE ANCLAJE.**-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE NO SON EQUIPOS EQUIVALENTES.-----

PREGUNTA 49. PARTIDA 72 HRAEI-MA6043 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA CURVA DE 3 MM DE ANCHO, VÁSTAGO DE 5MM DIÁMETRO Y 14 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA MARYLAND, CON MANGO GIRATORIO DE 350 GRADOS CON DISEÑO ENGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 23 CM, LONGITUD DEL ELECTRODO 20 MM, ANCHO DEL ELECTRODO 5 MM. DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO, COMPATIBLE CON CONSOLA LIGASURE.**-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE NO SON EQUIPOS EQUIVALENTES.-----

PREGUNTA 50. PARTIDA 73 HRAEI-MA6044 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA CURVA DE 3 MM DE ANCHO, VÁSTAGO DE 5MM DIÁMETRO Y 25 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA**-----

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA MARYLAND, CON MANGO GIRATORIO DE 350 GRADOS CON DISEÑO ERGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 23 CM, LONGITUD DEL ELECTRODO 20 MM, ANCHO DEL ELECTRODO 5 MM. DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO, COMPATIBLE CON CONSOLA LIGASURE.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 51. PARTIDA 74 HRAEI-MA6045 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA CURVA DE 3 MM DE ANCHO, VÁSTAGO DE 5MM DIÁMETRO Y 35 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA MARYLAND, CON MANGO GIRATORIO DE 350 GRADOS CON DISEÑO ERGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 37 CM, LONGITUD DEL ELECTRODO 20 MM, ANCHO DEL ELECTRODO 5 MM. DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO, COMPATIBLE CON CONSOLA LIGASURE.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 52. PARTIDA 75 HRAEI-MA6957 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA CURVA DE 3 MM DE ANCHO, VÁSTAGO DE 5MM DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA MARYLAND, CON MANGO GIRATORIO DE 350 GRADOS CON DISEÑO ERGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 44 CM, LONGITUD DEL ELECTRODO 20 MM, ANCHO DEL ELECTRODO 5 MM. DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO, COMPATIBLE CON CONSOLA LIGASURE.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 53. PARTIDA 76 HRAEI-MA6958 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA RECTA DE 5 MM DE ANCHO, VÁSTAGO DE 5MM DIÁMETRO Y 14 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA ROMA CON MANGO GIRATORIO DE (180 GRADOS) CON DISEÑO ERGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, APERTURA DE LA MANDIBULA BILATERAL, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 23 CM, LONGITUD DEL SELLO DE 19.5 MM, LONGITUD DEL CORTE DE 17.8 MM, DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO.**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE LA LONGITUD ES DIFERENTE.-----

PREGUNTA 54. PARTIDA 77 HRAEI-MA6041 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA RECTA DE 5 MM DE ANCHO, VÁSTAGO DE 5MM DIÁMETRO Y 25 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA ROMA CON MANGO GIRATORIO DE (180 GRADOS) CON DISEÑO ERGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, APERTURA DE LA MANDIBULA BILATERAL, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 23 CM, LONGITUD DEL SELLO DE 19.5 MM, LONGITUD DEL CORTE DE 17.8 MM, DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO.**-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 55. PARTIDA 78 HRAEI-MA6042 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA RECTA DE 5 MM DE ANCHO, VÁSTAGO DE 5MM DIÁMETRO Y 35 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA ROMA CON MANGO GIRATORIO DE (180 GRADOS) CON DISEÑO ERGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, APERTURA DE LA MANDIBULA BILATERAL, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 37 CM, LONGITUD DEL SELLO DE 19.5 MM, LONGITUD DEL CORTE DE 17.8 MM, DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO.**-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 56. PARTIDA 79 HRAEI-MA6959 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA RECTA DE 5 MM DE ANCHO, VÁSTAGO DE 5MM DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA MARYLAND, CON MANGO GIRATORIO DE 350 GRADOS CON DISEÑO ENGENOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 44 CM, LONGITUD DEL ELECTRODO 20 MM, ANCHO DEL ELECTRODO 5 MM. DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO, COMPATIBLE CON CONSOLA LIGASURE.**-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 57. PARTIDA 80 HRAEI-MA6960 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA RECTA DE 5 MM DE ANCHO, VÁSTAGO ARTICULABLE DE 5MM DIÁMETRO Y 35 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA ROMA CON MANGO GIRATORIO DE (180 GRADOS) CON DISEÑO ERGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, APERTURA DE LA MANDIBULA BILATERAL, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 37 CM, LONGITUD DEL SELLO DE 19.5 MM, LONGITUD DEL CORTE DE 17.8 MM, DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 58. PARTIDA 81 HRAEI-MA6961 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON PUNTA CURVA DE 3 MM DE ANCHO, VÁSTAGO ARTICULABLE DE 5MM DIÁMETRO Y 35 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA MARYLAND, CON MANGO GIRATORIO DE 350 GRADOS CON DISEÑO ENGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 37 CM, LONGITUD DEL ELECTRODO 20 MM, ANCHO DEL ELECTRODO 5 MM. DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO, COMPATIBLE CON CONSOLA LIGASURE.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 59. PARTIDA 82 HRAEI-MA6962 F.C.B. 25400279 PINZA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, DESECHABLE, QUE FUNCIONA POR MEDIO DE ENERGÍA BIPOLAR CON MANDÍBULA CURVA DE 40 MM DE LARGO, VÁSTAGO DE 12 MM DIÁMETRO Y 22 CM DE LONGITUD; CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL Y MANGO ERGONÓMICO, NAVAJA INTEGRADA EN FORMA DE "I" Y CERÁMICO DE ZIRCONIO EN LA MANDÍBULA INFERIOR. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CORTE Y SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM. CON MANGO GIRATORIO DE 180 GRADOS CON DISEÑO ENGORÓMICO, ACTIVACIÓN MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO AL ROTAR Y CORTAR. LARGO DEL INSTRUMENTO 18 CM. MANDIBULA ANGULADA. LARGO DEL ELECTRODO 36 MM. LARGO DEL CORTE 34 MM. CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 60. PARTIDA 83 HRAEI-MA6052 F.C.B. 25400279 TIJERA DE COAGULACIÓN LAPAROSÓNICA CURVA DESECHABLE, PARA CIRUGÍA ABIERTA DE 9 MM DE LONGITUD DE CORTE, CON MANGO TIPO TIJERA, CON BOTONES DE ACTIVACIÓN MANUAL Y MARIPOSA DE AJUSTE INDIVIDUAL PARA CADA TIJERA. COMPATIBLE CON EL BISTURÍ ARMÓNICO QUE TRABAJA A UNA FRECUENCIA DE 55,500 CICLOS POR SEGUNDO. PRODUCTO DESECHABLE Y ESTÉRIL. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11, GEN04 Y PIEZA DE MANO HPBLUE. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISECTOR DESECHABLE ULTRASONICO INALAMBRICO CON DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DEL EJE DE 13 CM, CUCHILLA ACTIVA DE 14.5 MM, COAGULA VASOS DE HASTA 5 MM, CON FRECUENCIA DE 55.5 KHZ, BOTON DE MODO DUAL DE ENERGIA.**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO NO ES EQUIVALENTE.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PREGUNTA 61. PARTIDA 84 HRAEI-MA6053 F.C.B. 25400279 TIJERA ULTRASÓNICA DE DISECCIÓN FINA DE DISEÑO ERGONÓMICO, DESECHABLE, CON ACTIVACIÓN MANUAL PARA CIRUGÍA ABIERTA. CON PUNTA DE ALUMINIO DE 17 CM DE LONGITUD. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11, GEN04 Y PIEZA DE MANO HPBLUE. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISECTOR DESECHABLE ULTRASONICO INALAMBRICO CON DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DEL EJE DE 13 CM, CUCHILLA ACTIVA DE 14.5 MM, COAGULA VASOS DE HASTA 5 MM, CON FRECUENCIA DE 55.5 KHZ, BOTON DE MODO DUAL DE ENERGIA.--**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO NO ES EQUIVALENTE.

PREGUNTA 62. PARTIDA 85 HRAEI-MA6964 F.C.B. 25400279 TIJERA ULTRASÓNICA DE CORTE Y COAGULACIÓN CON PUNTA CURVA DESECHABLE, PARA CIRUGÍA ABIERTA CON VÁSTAGO DE 5MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD. CUENTA CON MANGO ERGONÓMICO Y BOTONES PARA ACTIVACIÓN MANUAL Y EJE ROTATORIO DE 360°. INCLUYE SENSOR ATT DE UN SOLO USO. COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11 Y PIEZA DE MANO HP054. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISECTOR DESECHABLE ULTRASONICO INALAMBRICO CON DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DEL EJE DE 26 CM, CUCHILLA ACTIVA DE 14.5 MM, COAGULA VASOS DE HASTA 5 MM, CON FRECUENCIA DE 55.5 KHZ, BOTON DE MODO DUAL DE ENERGIA.--**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO NO ES EQUIVALENTE.

PREGUNTA 63. PARTIDA 86 HRAEI-MA6965 F.C.B. 25400313 MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE, COMPUESTA DE 50% PROLENE Y 50% MONOCRYL, MACROPOROSA DE BAJA DENSIDAD, DE MEDIDAS 6 CM X 11 CM

RESPUESTA: NO SE DA RESPETA TODA VEZ QUE NO HAY PREGUNTA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

PREGUNTA 64. PARTIDA 90 HRAEI-MA6064 F.C.B. 25400313 DISPOSITIVO DE 5 MM PARA FIJACIÓN PARA MALLAS POR VÍA LAPAROSCÓPICA. CONTIENE 25 GRAPAS EN FORMA DE ANCLA ABSORBIBLES DE 6.7 MM DE ALTURA, COMPUESTAS DE POLIDIOXANONA Y LÁCTIDO GLICÓLIDO. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO DE FIJACION DESECHABLE COMPUESTO DE VASTAGO DE 36 CM, MANGO DE 14 CM, CON 30 TACHUELAS CON ROSCA DE FIJACION DE 5.1 MM DE LARGO, ABSORBIBLE DE COPOLIMERO POLI- (L-LACTICO-CO-GLICOLIDO) .**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 65. PARTIDA 91 HRAEI-MA6094 F.C.B. 25400313 MALLA QUIRÚRGICA RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 7.5 X 15 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 15 X 10 CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 66. PARTIDA 92 HRAEI-MA6092 F.C.B. 25400313 MALLA QUIRÚRGICA RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL,



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 20 X 30 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 20 X 30 CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 67. PARTIDA 93 HRAEI-MA6091 F.C.B. 25400313 MALLA QUIRÚRGICA RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 25 X 35.5 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 20 X 30 CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 68. PARTIDA 94 HRAEI-MA6087 F.C.B. 25400313 MALLA QUIRÚRGICA OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 10 X 15 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 15 X 10 CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 69. PARTIDA 95 HRAEI-MA6085 F.C.B. 25400313 MALLA QUIRÚRGICA OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 15 X 20 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 15 X 20 CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 70. PARTIDA 96 HRAEI-MA6083 F.C.B. 25400313 MALLA QUIRÚRGICA OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 20 X 25 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO**



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 20 X 25 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 71. PARTIDA 97 HRAEI-MA6089 F.C.B. 25400313 MALLA QUIRÚRGICA CUADRADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 30.5 X 30.5 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 20 X 30 CM.**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, EXISTE DIFERENCIA EN LA LONGITUD DE LA MALLA REQUERIDA POR EL HOSPITAL.

PREGUNTA 72. PARTIDA 98 HRAEI-MA6096 F.C.B. 25400313 MALLA QUIRÚRGICA CUADRADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 15 X 15 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 15 X 15 CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 73. PARTIDA 99 HRAEI-MA6968 F.C.B. 25400313 MALLA RECTANGULAR DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL, MEDIDAS 7.5 X 15 CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA RECTANGULAR DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL, MEDIDAS 10 X 15 CM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 74. PARTIDA 108 HRAEI-MA6104 F.C.B. 25400205 HEMOSTATICO ABSORBIBLE 7.5 X 10 CM CELULOSA OXIDADA Y REGENERADA DE ORIGEN VEGETAL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURARLO AL TEJIDO Y CON ABSORCIÓN CONTROLADA. **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON PARCHES HEMOSTATICO ABSORBIBLE 5 X 10 CM DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, TRISILINA Y POLYETHYLENE GLYCOL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURARLO AL TEJIDO Y CON ABSORCIÓN CONTROLADA QUE HACE HEMOSTASIA EN MENOS DE 1 MINUTO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 75. PARTIDA 109 HRAEI-MA6105 F.C.B. 25400205 HEMOSTATICO ABSORBIBLE 2.5 X 7.5 CM CELULOSA OXIDADA Y REGENERADA DE ORIGEN VEGETAL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURAR AL TEJIDO Y



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

CON ABSORCIÓN CONTROLADA. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON PARCHE HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE 2 X 4 CM DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, TRISILINA Y POLYETHYLENE GLYCOL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURARLO AL TEJIDO Y CON ABSORCIÓN CONTROLADA QUE HACE HEMOSTASIA EN MENOS DE 1 MINUTO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 76. PARTIDA 113 HRAEI-MA6107 F.C.B. 25400205 ESPONJA DE GELATINA HEMOSTÁTICA, TEXTURA SUAVE QUE NO SE DEFORMA CON EL USO NORMAL PARA SANGRADO EN CAPA, CAPILAR O VENOSO, PANEL DE 7 X 5 X 1 CM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON PARCHE HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE 5 X 10 CM DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, TRISILINA Y POLYETHYLENE GLYCOL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURARLO AL TEJIDO Y CON ABSORCIÓN CONTROLADA QUE HACE HEMOSTASIA EN MENOS DE 1 MINUTO.**

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, YA QUE SE SOLICITA GELATINA.

PREGUNTA 77. PARTIDA 114 HRAEI-MA6973 F.C.B. 25400205 ESPONJA DE GELATINA HEMOSTÁTICA, TEXTURA SUAVE QUE NO SE DEFORMA CON EL USO NORMAL PARA SANGRADO EN CAPA, CAPILAR O VENOSO, CILINDRO DE 3 X 8 CM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON PARCHE HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE 2 X 4 CM DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, TRISILINA Y POLYETHYLENE GLYCOL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURARLO AL TEJIDO Y CON ABSORCIÓN CONTROLADA QUE HACE HEMOSTASIA EN MENOS DE 1 MINUTO.**

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, YA QUE SE SOLICITA ESPONJA DE GELATINA.

PREGUNTA 78. PARTIDA 127 HRAEI-MA6978 F.C.B. 25400472 SUTURA DE TRENZADO ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910, CALIBRE 0, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM, AGUJA 5/8 CÍRCULO Y LARGO AGUJA 26 MM PARA CIERRE DE PUERTO LAPAROSCÓPICO. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA DE TRENZADO ABSORBIBLE DE LACTOMER 9.1 (90 % ACIDO POLIGLICÓLICO Y 10% ACIDO LÁCTICO), CALIBRE 0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA 5/8 CÍRCULO Y LARGO AGUJA 27 MM PARA CIERRE DE PUERTO LAPAROSCÓPICO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 79. PARTIDA 128 HRAEI-MA6980 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, BIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 14X14 CM , 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 26 MM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , AHUSADA 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 26 MM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 80. PARTIDA 130 HRAEI-MA6982 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, BIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 7X7 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19 MM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS**

Handwritten signature and blue checkmark



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PEMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 15 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19MM. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 81. PARTIDA 131 HRAEI-MA6983 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, BIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 14X14 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19 MM. **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 45 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 24MM. -----**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 82. PARTIDA 133 HRAEI-MA6985 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 20 CM , 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 26 MM SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 23 CM , REDONDA AHUSADA 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 27MM-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 83. PARTIDA 134 HRAEI-MA6986 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 45 CM , 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 36.4 MM. **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , REDONDA AHUSADA 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 37MM.-**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 84. PARTIDA 135 HRAEI-MA6987 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 60 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 30 MM . **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 60 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 24MM.-----**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PREGUNTA 85. PARTIDA 137 HRAEI-MA6989 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 20 CM AGUJA SH , 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 26 MM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , REDONDA AHUSADA 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 26MM.-**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 86. PARTIDA 138 HRAEI-MA6990 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19 MM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19MM.-**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 87. PARTIDA 139 HRAEI-MA6991 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 45 CM , 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 36.4 MM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 45 CM , REDONDA AHUSADA 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 37MM.-**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 88. PARTIDA 140 HRAEI-MA6992 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 60 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19 MM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 60 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19MM.-**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 89. PARTIDA 142 HRAEI-MA6994 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19 MM. **SE SOLICITA AMABLAMAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE**



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19MM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 90. PARTIDA 143 HRAEI-MA6995 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDO Y EPSILON CAPROLACTONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 60 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19 MM. **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 60 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19MM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 91. PARTIDA 144 HRAEI-MA6996 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 36.4 MM. **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA 30 CM , AHUSADA 1/2 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 26MM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 92. PARTIDA 145 HRAEI-MA6997 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 45 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19 MM. **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA 45 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 24MM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 93. PARTIDA 146 HRAEI-MA6998 F.C.B. 25400472 SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE EN ESPIRAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 45 CM , 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 19 MM. **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO UNIDIRECCIONAL, CON ANCLAJE CIRCUNFERENCIAL, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA 45 CM , REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 CÍRCULO Y LARGO DE AGUJA 24MM.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PREGUNTA 94. PARTIDA 148 HRAEI-MA7000 F.C.B. 25400472 SUTURA NO ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 8/0, AGUJA ESTRIADA DE ALEACIÓN DE TUNGSTENO Y RENIO, MULTIPASS, LONGITUD DE HEBRA 45CM AHUSADA, LONGITUD DE AGUJA 9.3MM 3/8 DOBLE ARMADA . **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PEMITA PARTICIPAR CON SUTURA NO ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 8/0, AGUJA APLANADA DE ALEACIÓN ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO, MULTIPASS, LONGITUD DE HEBRA 45CM AHUSADA, LONGITUD DE AGUJA 8MM 3/8 DOBLE ARMADA.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 95. PARTIDA 149 HRAEI-MA7001 F.C.B. 25400472 SUTURA NO ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 CON AGUJA ESTRIADA DE ALEACIÓN DE TUNGSTENO Y RENIO, MULTIPASS DE 3/8 CÍRCULO, DOBLE ARMADO, AHUSADA 9.3 MM, LONGITUD DE LA HEBRA 60 CM. **SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PEMITA PARTICIPAR CON SUTURA NO ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 7/0, AGUJA APLANADA DE ALEACIÓN ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO, MULTIPASS, LONGITUD DE HEBRA 60CM AHUSADA, LONGITUD DE AGUJA 8MM 3/8 DOBLE ARMADA.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 96. PARTIDA 150 HRAEI-MA8045 F.C.B. 25400364 SEPARADORES ALEXIS RETRACTOR 2-4CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO RETRACTOR Y PROTECTOR DE HERIDAS CIRCUNFERENCIAL, PARA INCISIONES 2.5 – 6 CM TAMAÑO CHICO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 97. PARTIDA 151 HRAEI-MA6917 F.C.B. 25400364 SEPARADORES ALEXIS RETRACTOR 5-9CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO RETRACTOR Y PROTECTOR DE HERIDAS CIRCUNFERENCIAL, PARA INCISIONES 5 - 9 CM TAMAÑO MEDIANO.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 98. PARTIDA 152 HRAEI-MA8046 F.C.B. 25400364 SEPARADORES ALEXIS RETRACTOR 11-17CM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO RETRACTOR Y PROTECTOR DE HERIDAS CIRCUNFERENCIAL, PARA INCISIONES 11-17 CM TAMAÑO EXTRA GRANDE.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 99. PARTIDA 153 HRAEI-MA8047 F. C. B. 25400562 DISPOSITIVO DE 5 MM PARA FIJACIÓN PARA MALLAS POR VÍA LAPAROSCÓPICA. CONTIENE 12 GRAPAS EN FORMA DE ANCLA ABSORBIBLES DE 6.7 MM DE ALTURA, COMPUESTAS DE POLIDIOXANONA Y LÁCTIDO GLICÓLIDO. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO DE FIJACION DESECHABLE COMPUESTO DE VASTAGO DE 36 CM, MANGO DE 14 CM, CON 30 TACHUELAS CON ROSCA DE FIJACION DE 5.1 MM DE LARGO, ABSORBIBLE DE COPOLIMERO POLI- (L-LACTICO-CO-GLICOLIDO) .**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PREGUNTA 100. PARTIDA 154 HRAEI-MA8048 F. C. B. 25400562 DISPOSITIVO DE 5 MM PARA FIJACIÓN PARA MALLAS PROCEDIMIENTO ABIERTO. CONTIENE 20 GRAPAS EN FORMA DE ANCLA ABSORBIBLES DE 6.7 MM DE ALTURA, COMPUESTAS DE POLIDIOXANONA Y LÁCTIDO GLICÓLIDO. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO DE FIJACION DESECHABLE COMPUESTO DE VASTAGO DE 36 CM, MANGO DE 14 CM, CON 30 TACHUELAS CON ROSCA DE FIJACION DE 5.1 MM DE LARGO, ABSORBIBLE DE COPOLIMERO POLI- (L-LACTICO-CO-GLICOLIDO).**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 101. PARTIDA 156 HRAEI-MA8050 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE LAPAROSCOPICA PARA TEJIDO VASCULAR 35 MM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA UNIVERSAL LAPAROSCOPICA CON UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45MM TRISTAPLE PARA TEJIDO VASCULAR, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 2, 2.5 Y 3 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR BEIGE. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 102. PARTIDA 157 HRAEI-MA8051 F.C.B. 25400096 CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE LAPAROSCOPICA PARA TEJIDO VASCULAR 35 MM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45MM TRISTAPLE PARA TEJIDO VASCULAR, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 2, 2.5 Y 3 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR BEIGE. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 103. PARTIDA 158 HRAEI-MA8052 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA LINEAL DE 60 MM AUTOMATICA CON 21 GRAPAS DE .23 MM DE DIAMETRO CON ALTURA DE GRAPA CERRADA DE 2.0 MM. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA DESECHABLE LINEAL TA 60 RECARGABLE; 60 MM DE DOBLE LÍNEA CON GRAPAS ALTERNADAS. CARTUCHO DE 3.5 MM DE GRAPA ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO DE HASTA 1.5MM, CON SISTEMA DE LA GRAPA DIRECCIONADA. COLOR DE CARTUCHO AZUL.**

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 104. PARTIDA 159 HRAEI-MA8053 F.C.B. 25400279 ENGRAPADORA CURVA CORTANTE DE 40MM CURVA, PARA TEJIDO GRUESO, DESECHABLE, CON GATILLO POSICIONADOR DE TEJIDO Y GATILLO DE DISPARO, PIN DE RETENCION MANUAL O AUTOMATICO, PARA CIRUGIA ABIERTA. CON 46 GRAPAS. **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA UNIVERSAL DESECHABLE CON UNIDAD DE CARGA DESECHABLE CURVO CORTANTE ENDOGIA RADIAL, CON 6 LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. CON 60MM DE LÍNEA DE GRAPAS CURVAS, CUCHILLA INTEGRADA Y CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE 360°.**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE LAS MEDIDAS SON DIFERENTES A LAS REQUERIDAS POR EL HOSPITAL.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

PREGUNTA 105. PARTIDA 160 HRAEI-MA8054 F.C.B. 25400279 TIJERA ULTRASÓNICA DE CORTE Y COAGULACIÓN CON PUNTA CURVA DESECHABLE, PARA CIRUGÍA ABIERTA CON VÁSTAGO DE 5MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD. CUENTA CON MANGO ERGONÓMICO Y BOTONES PARA ACTIVACIÓN MANUAL Y EJE ROTATORIO DE 360°. INCLUYE SENSOR ATT DE UN SOLO USO.PARA HEMOSTASIA DE VASOS DE HASTA 7 MM COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN11 Y PIEZA DE MANO HP054. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISECTOR DESECHABLE ULTRASONICO INALAMBRICO CON DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DEL EJE DE 26 CM, CUCHILLA ACTIVA DE 14.5 MM, COAGULA VASOS DE HASTA 5 MM, CON FRECUENCIA DE 55.5 KHZ, BOTON DE MODO DUAL DE ENERGIA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO NO ES EQUIVALENTE.

PREGUNTA 106. PARTIDA 161 HRAEI-MA8055 F.C.B. 25400279 TIJERA ULTRASÓNICA DE CORTE Y COAGULACIÓN CON PUNTA CURVA DESECHABLE, PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON VÁSTAGO DE 5MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD. CUENTA CON MANGO ERGONÓMICO Y BOTONES PARA ACTIVACIÓN MANUAL Y EJE ROTATORIO DE 360°. INCLUYE SENSOR ATT DE UN SOLO USO.PARA HEMOSTASIA Y CORTE DE VASOS DE HASTA 7 MM COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN04, GEN11 Y PIEZA DE MANO HP054. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISECTOR DESECHABLE ULTRASONICO INALAMBRICO CON DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DEL EJE DE 48 CM, CUCHILLA ACTIVA DE 14.5 MM, COAGULA VASOS DE HASTA 5 MM, CON FRECUENCIA DE 55.5 KHZ, BOTON DE MODO DUAL DE ENERGIA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO NO ES EQUIVALENTE.

PREGUNTA 107. PARTIDA 162 HRAEI-MA8056 F.C.B. 25400313 MALLA FLEXIBLE PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 10 X 10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 15 X 10 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 108. PARTIDA 163 HRAEI-MA8057 F.C.B. 25400313 MALLA FLEXIBLE PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 12 X 15. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 15 X 10 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 109. PARTIDA 164 HRAEI-MA8058 F.C.B. 25400313 MALLA FLEXIBLE PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 15 X 20 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 15 X 20 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 110. PARTIDA 165 HRAEI-MA8059 F.C.B. 25400313 MALLA FLEXIBLE PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 10 X 15 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 15 X 10 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 111. PARTIDA 166 HRAEI-MA8060 F.C.B. 25400313 MALLA FLEXIBLE PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 20 X 30 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 20 X 30 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 112. PARTIDA 167 HRAEI-MA8061 F.C.B. 25400313 MALLA FLEXIBLE PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 25 X 36 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL CON UNA CAPA ABSORBIBLE HIDROFÍLICA EN UNO DE SUS LADOS DE COLÁGENO PORCINO, GLICOL DE POLIETILENO Y GLICEROL SOBRESALIENDO 5MM POR EL BORDE DE LA MALLA. DE 20 X 30 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 113. PARTIDA 168 HRAEI-MA8062 F.C.B. 25400279 CARUCHO ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA TEJIDO NORMAL, ARTICULABLE, PARA ENGRAPADO ANGULADO, NÚMERO DE GRAPAS 66, LONGITUD DE CORTE 41 MM, LONGITUD DE GRAPADO 45 MM, DIMENSIÓN DE GRAPA 0.20 MM, DIMENSIÓN DE GRAPA ABIERTA 3X3.5, ALTURA DE RAPA CERRADA 1.5 MM. DESECHABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD DE CARGA DESECHABLE LINEAL CORTANTE ENDOGIA 45, CON 6

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

LÍNEAS DE GRAPAS ALTERNAS Y PARALELAS, CON 66 GRAPAS DE 3, 3.5 Y 4 MM DE ALTURA (ABIERTA) DE TITANIO COLOR MORADO. 45° DE ARTICULACIÓN (11 PUNTOS). CUCHILLA INTEGRADA.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE NO SE ESPECIFICA LA MEDIDA DEL CIERRE DE LA GRAPA.-----

PREGUNTA 114. PARTIDA 169 HRAEI-MA6050 F.C.B. 25400279 TIJERA ULTRASÓNICA DE CORTE Y COAGULACIÓN CON PUNTA CURVA DESECHABLE, PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON VÁSTAGO DE 5MM DE DIÁMETRO Y 36 CM DE LONGITUD. CUENTA CON MANGO ERGONÓMICO Y BOTONES PARA ACTIVACIÓN MANUAL Y EJE ROTATORIO DE 360°. INCLUYE SENSOR ATT DE UN SOLO USO.PARA HEMOSTASIA Y CORTE DE VASOS DE HASTA 7 MM COMPATIBLE CON LA CONSOLA GEN04, GEN11 Y PIEZA DE MANO HP054. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISECTOR DESECHABLE ULTRASONICO INALAMBRICO CON DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DEL EJE DE 39 CM, CUCHILLA ACTIVA DE 14.5 MM, COAGULA VASOS DE HASTA 5 MM, CON FRECUENCIA DE 55.5 KHZ, BOTON DE MODO DUAL DE ENERGIA.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO NO ES EQUIVALENTE.-----

PREGUNTA 115. PARTIDA 170 HRAEI-MA8063 F.C.B. 25400279 PINZA ULTRASONICA PARA SELLADO DE VASOS HASTA 7 MM CON PIEZA DE MANO INTEGRADA, PUNTA CURVA TIPO MARYLAN DIAMETRO 5 MM LONGITUD DE VASTAGO 36 CMSOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PINZA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE INTEGRADO PUNTA MARYLAND, PARA SELALDO DE VASOS DE HASTA 7 MM, CON MANGO GIRATORIO DE 350 GRADOS CON DISEÑO ENGONOMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE DE TEJIDO ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, LONGITUD DEL INSTRUMENTO 37 CM, LONGITUD DEL ELECTRODO 20 MM, ANCHO DEL ELECTRODO 5 MM. DIAMETRO DEL INSTRUMENTO 5 MM, CON CUCHILLA INTEGRADA EN LA PARTE CENTRAL DEL ELECTRODO, COMPATIBLE CON CONSOLA LIGASURE.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO NO ES EQUIVALENTE.-----

PREGUNTA 116. EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE ANEXO TÉCNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (MÍNIMA INVASIÓN) 2018 – 2020 1.1.7.24.9.- TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE CON CUCHILLA, 10 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL.PUNTO 1.1.7.24.9.- DICE TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE CON CUCHILLA, 10 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE SIN CUCHILLA, 12 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE SE SOLICITA CON CUCHILLA.-----

PREGUNTA 117. EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE ANEXO TÉCNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (MÍNIMA INVASIÓN) 2018 – 2020 1.1.7.24.10.- 2 TRÓCARES DESECHABLES BARIÁTRICOS TRANSPARENTES CON CUCHILLA, 12 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN EN LA PARED ABDOMINAL. ENGRAPADORA CIRCULAR DST TM EEATM, DESECHABLE CON DIÁMETRO EXTERNO 21.6 MM, LUMEN 12.5MM, LABIO MÍNIMO ANASTOMOTICO 1.9MM, DOBLE LÍNEA DE GRAPAS TAMAÑO DE LA GRAPA 4.8MM ABIERTA Y COMPRESIÓN DE TEJIDO DE 2.0MM, TOTAL DE GRAPAS 18 Y SISTEMA DE GRAPA DIRECCIONADA. LONGITUD DE EJE 22CM PUNTO 1.1.7.24.10.- DICE 2 TRÓCARES DESECHABLES BARIÁTRICOS TRANSPARENTES CON CUCHILLA, 12 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECCIÓN EN LA PARED ABDOMINAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE SIN CUCHILLA, 12 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECCIÓN EN LA PARED ABDOMINAL.---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE SE SOLICITA CON CUCHILLA.-----

PREGUNTA 118. EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE ANEXO TÉCNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (MÍNIMA INVASIÓN) 2018 – 2020 1.1.7.24.11.- 2 TRÓCARES DESECHABLES BARIÁTRICOS TRANSPARENTES CON CUCHILLA, 5 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECCIÓN EN LA PARED ABDOMINAL. PUNTO 1.1.7.24.11.- DICE 2 TRÓCARES DESECHABLES BARIÁTRICOS TRANSPARENTES CON CUCHILLA, 5 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECCIÓN EN LA PARED ABDOMINAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRÓCAR DESECHABLE BARIÁTRICO TRANSPARENTE SIN CUCHILLA, 5 MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y LLAVE DE CONEXIÓN TIPO LUER-LOCK O EQUIVALENTE Y CÁNULA CON ESTRÍAS DE SEGURIDAD PARA SUJECCIÓN EN LA PARED ABDOMINAL.---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE SE SOLICITA CON CUCHILLA.-----

PREGUNTA 119. EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE ANEXO TÉCNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (MÍNIMA INVASIÓN) 2018 – 2020 1.1.1.3.- BRAZO ARTICULADO CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA UN MONITOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PEDESTAL PARA MONITOR CON MOVIMIENTO VERTICAL (ARRIBA Y ABOJO) DE 1.75MT DE ALTO Y SOPORTE DE 15KG. DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA HORNEASA (GRADO MEDICO) Y PASACABLES.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 120. EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE ANEXO TÉCNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (MÍNIMA INVASIÓN) 2018 – 2020 1.1.2.2.- CÁMARA CON TECNOLOGÍA DE 3 CHIPS (CCD'S) 1.1.2.2.1.- CABLE DE CONEXIÓN INTEGRADO A LA CÁMARA PARA CONECTAR A LA CONSOLA DE PROCESAMIENTO DE VIDEO. 1.1.2.2.2.- ALTA RESOLUCIÓN DE AL MENOS 1920 X 1080 PÍXELES. 1.1.2.2.3.- AL MENOS UN BOTÓN INTEGRADO Y PROGRAMABLE PARA AL MENOS 2 FUNCIONES. 1.1.2.2.4.- ZOOM INTEGRADO. 1.1.2.2.5.- DISTANCIA FOCAL AJUSTABLE DE 15 MM O MENOR A 28 MM O MAYOR. 1.1.2.2.6.- CABEZAL CON ADAPTADORES COMPATIBLES CON LOS LAPAROSCOPIOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CMOS SENSOR DE IMÁGENES 1/3 PROGRESSIVE SCAN.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA FUNCIÓN SEA EQUIVALENTE .-----

UNA VEZ DADAS LA RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR EL LICITANTE, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARÁN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, EN EL SISTEMA DE COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE DIECISEIS HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET DE LA PRESENTE ACTA. ASIMISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE SE ENVIARÁN LAS CONTESTACIONES A LAS NUEVAS PREGUNTAS SERÁ DE 2 HORAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE ÉSTAS.-----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

ESTA ACTA, CONSTA DE TREINTA FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 16:45 HORAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DR. EMMANUEL BERMEO MALDONADO	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	
LIC. CESAR CASANOVA ESPINOSA	REPRESENTANTE DE ASUNTOS JURÍDICO	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E3-2018, RELATIVO A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020" SEGUNDA CONVOCATORIA.

FIN DE ACTA